



Ministerstwo Obrony Narodowej

Sekretarz Stanu
Paweł BEJDA

BMON-WP.053.408.2024/Zap-30/24/KT
Warszawa, 10.07.2024 r.



Pan Szymon HOŁOWNIA
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości: Dyrektor Departamentu Spraw Parlamentarnych w KPRM

ePuap

Dotyczy: Zapytania Pana Posła Andrzeja Tomasza Zapałowskiego w sprawie środków analizy alkoholu w wydychanym powietrzu używanych podczas badań żołnierzy Wojska Polskiego przez Żandarmerię Wojskową

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na zapytanie Pana Posła Andrzeja Tomasza Zapałowskiego w sprawie środków analizy alkoholu w wydychanym powietrzu używanych podczas badań żołnierzy Wojska Polskiego przez Żandarmerię Wojskową, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Procedura kalibracji alkomatów Alcosensor IV używanych przez Żandarmerię Wojskową jest wykonywana na podstawie *decyzji Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej* (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 161 z późn. zm.) przez Wojskowy Ośrodek Metrologii oraz *decyzji Nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej ZM-01”*. Szczegółowa procedura kalibracji ww. alkomatów jest określona w wewnętrznej procedurze laboratorium wzorcującego.

Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy posiada akredytację, wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu metodą wilgotnych wzorców gazowych.

Różnica zapisów dotyczących kalibracji między wydrukiem z przeprowadzonego badania a świadectwem kalibracji wynika z funkcji oprogramowania przyrządu (nieedytowalnych dla Wojskowego Ośrodka Metrologii). Data widoczna na wydruku z urządzenia jest odpowiednia z datą ostatniej kalibracji przeprowadzonej przez autoryzowany serwis techniczny producenta. Natomiast, data na świadectwie kalibracji jest datą ostatniej kalibracji wykonanej przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – Wojskowy Ośrodek Metrologii (na podstawie którego jest wydawane świadectwo kalibracji, które dopuszcza urządzenie do pracy). Wykonana adiustacja jest potwierdzana odpowiednim wpisem w „*Księżce dowodowego analizatora wydechu TransCom International*”, dołączonej do każdego urządzenia.

Czynności wykonywane przez serwis i Wojskowy Ośrodek Metrologii są odrębne, realizowane w innych terminach.

Z wyrazami szacunku

Paweł BEJDA

/dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/